

Laboratuvar dolap, tezgah Teknik Şartnamesi

Laboratuvar tezgahlı dolap

- *30x60x2mm veya 40x60x2mm MDF den imal edilmelidir.
- *Yere temas eden kısımlarda sert plastik pingo ayaklar kullanılmalıdır
- *Üzerine uygulanacak ağırlığa bağlı olarak 1 tona kadar yük taşıma kapasitesi olmalıdır
- *Laboratuvar ortamında olduğundan dolayı yüzeyi kimyasallara ve suya karşı dayanıklı olmalıdır.
- *Isıya ve çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır
- *Ölçüleri 290x75x95 olmalıdır
- *Ürün Siirt üniversitesi ziraat fakültesi teslimi olup,kargo taşıma ve montaj yüklenici firmaya aittir.

Laboratuvar için metal raf sistemi

- *Raf sistemi, odanın kullanım amacı ve kullanıcının özel istekleri doğrultusunda ölçülendirilerek, yüksekliği ayarlanabilir olmalı.
- *Raf malzeme yapısı standart olarak Epoksi - polyester boyalı paslanmaz çelik olmalı.
- *Raf yüzey yapısı yine kullanıcının isteği ve kullanım amacı göz önünde bulundurularak değişkenlik gösterebilmelidir.
- *Rafların boyutları 75x280x100cm olacak şekilde toplam 2 adet ve 2 katlı olmalıdır.
- *Rafların ayakları yerden 10 cm yükseklikte olmalıdır.
- *En az 5 yıl garantili olmalıdır
- *Ürün Siirt üniversitesi ziraat fakültesi teslimi olup,kargo taşıma ve montaj yüklenici firmaya aittir.

14.12.2021

Doç. Dr. M. Hadi AYDIN



Doç. Behcet İNAL

